

新疆圣雄能源股份有限公司

关于新疆圣雄能源股份有限公司热电厂#2 机组 超低排放改造项目评估监测报告及评估意见、 在线监测报告及在线验收意见的公示

圣雄热电厂#2 机组于 2018 年 10 月 2 日-11 月 24 日停机进行超低改造工作，分别对脱硫、脱硝、除尘进行改造，目前机组及相应的脱硫脱硝除尘设施运行稳定。

2#机组于 2018 年 12 月 8 日-15 日进行设备的 168h 稳定运行，12 月 16 日-19 日进行超低 CEMS 的 72h 调试检测，12 月 20 日-26 日进行超低 CEMS 的 168h 稳定运行。委托新疆点点星光环境监测技术服务有限公司于 2018 年 12 月 27 日进行在线设备的比对监测、2019 年 1 月 9 日-10 进行超低改造评估监测，2019 年 1 月 26 日召开在线及超低评估现场验收会。

现将圣雄热电厂#2 机组超低排放改造项目评估监测报告及评估意见、在线监测报告及在线验收意见进行公示，公示时间为 2019 年 1 月 29 日-2019 年 2 月 28 日。

新疆圣雄能源股份有限公司

2019 年 1 月 29 日

(联系人: 任品红 18599086020)



新疆圣雄能源股份有限公司

关于新疆圣雄能源股份有限公司热电厂 2号机组超低排放改造脱硫后在线设备 比对监测验收意见

2019年01月26日,新疆圣雄能源股份有限公司热电厂在线设施技术验收组对2号机组超低排放改造脱硫排口安装的在线烟气排放连续监测系统进行了技术验收。验收组由新疆圣雄能源股份有限公司热电厂、北京雪迪龙科技股份有限公司、新疆点点星光环境监测技术服务有限公司等技术人员及相关专家组成。验收组听取北京雪迪龙科技股份有限公司对在线设备安装、调试及运营情况的介绍及新疆点点星光环境监测技术服务有限公司对在线设施验收监测报告汇报,通过现场设备运行、数据联网、查阅档案资料等方式进行检查,形成以下技术验收意见:

一、基本情况

新疆圣雄能源股份有限公司热电厂在2号机组超低排放改造脱硫排口升级了烟气排放连续监测系统,此系统由北京雪迪龙科技股份有限公司(SCS-900型),南京波瑞自动化科技有限公司(MD6000型)、南京友智科技有限公司(WISDOM型)项目为烟尘、SO₂、NO_x、



O₂、烟气流速、烟气温度、湿度等。CEMS 于 2018 年 11 月完成了升级改造，并于 2018 年 12 月 15 日顺利通过了 168 小时试运行。新疆点点星光环境监测技术服务有限公司于 2018 年 12 月 27 日完成在线设施比对监测工作。

二、验收检查情况

1. 现场检查情况。

(1) 安装的烟气排放连续监测设备与环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的《适用性检测报告》〔质（认）字 No. 2016-049〕型号相符合。

(2) 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司提供的 72 小时《在线调试检测报告》，符合相关管理要求。

(3) 在线数据采集传输及通讯协议符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）中的技术要求，并提供了吐鲁番市环保局出具的联网证明。

2. 验收监测结果。

2 号机组超低排放改造脱硫排口在线连续监测系统的颗粒物、SO₂、NO_x、O₂、烟气流速、烟气温度、烟气湿度与手工比对的相对误差、绝对误差、相对准确度、零点飘移、量程漂移、示值误差、响应时间均满足《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）中的标准限值要求。



3. 在线设施数据传输情况。

依据吐鲁番市环保局出具的联网情况证明显示，数据传输稳定、准确。

4. 在线设施管理及档案资料情况。

2号机组 CEMS 的运行维护由北京雪迪龙科技股份有限公司负责。仪器设备操作、使用和维护规程，岗位责任制，定期校验制度，设备故障预防及处理制度、档案规范。

三、验收结论

根据比对验收监测结果及现场检查情况，专家组形成一致意见。新疆圣雄能源股份有限公司热电厂2号机组超低排放改造脱硫排口（总排口）在线连续监测系统通过技术验收，在线烟气排放连续监测设备满足超低排放烟气在线监测要求。

四、后续进一步做好以下工作

1. 定期对 CEMS 设备进行校准、校验，确保监测数据的准确性。
2. 加强日常维护管理，确保在线设备稳定运行。

新疆圣雄能源股份有限公司

2019年1月26日

新疆
江新权
胡元刚
胡元刚
胡元刚



新疆中泰圣雄能源有限公司

新疆中泰圣雄能源有限公司 2 号机组超低排放改造脱硫

后在线设施验收成员名单

序号	姓名	单 位	职务/职称	签名	联系电话
	曹新乐	圣雄热电厂	副厂长	曹新乐	13999229119
	江新叔	新疆电力科学研究院	高工	江新叔	13199918720
	李万河	新疆维吾尔自治区环保监测中心	高工	李万河	18599122666
	郝强	新疆环境检测总站	工程师	郝强	13109990555
	印旭忠	新疆自治区环境检测中心 服务项目部	副经理	印旭忠	15999144112
	李书江	圣雄热电厂	副处长	李书江	18139651928
	童玉明	浙江天蓝	项目经理	童玉明	15298480536
	胡纯刚	武汉三为	项目经理	胡纯刚	13720107107
	右科宇	北京雪迪龙	工程师	右科宇	18099906263
	任品红	圣雄热电厂	环保员	任品红	18599086020
	孙志刚	圣雄热电厂	环保员	孙志刚	13899814820
	方小林	南京浦瑞	工程师	方小林	1825997320
	胡云虎	南京友智	工程师	胡云虎	1500390110
	张华	中系国信	副经理	张华	13999131741

